

## お客様各位

日頃「DAVIS 気象機器」のご愛用誠にありがとうございます。

この度、「Vantage Pro」用のウェザーリンクVP用（6510SER and 6510USB）の弊社オリジナルの日本語取扱説明書に一部不備がありましたのでご報告申し上げます。

「WeatherLink 5.5.1 日本語簡易取扱説明書(20050501) or (20060512)」をご利用しているお客様だけとなります。

「WeatherLink 5.5.1 日本語簡易取扱説明書(20060601)」をご利用しているお客様は問題ありません。

訂正箇所は以下をご参照下さい。お手数ですが、場合によっては設定の変更をお願い申し上げます。

<訂正前の内容：「WeatherLink 5.5.1 日本語簡易取扱説明書(20050501) or (20060512)の画面27>

Average Temp Over Archive Period : 通常本機のデータベースは測定間隔の平均を数値データとして算出致します。

しかし気温（温度）に関しては「Enable」をクリックすると、測定間隔の平均ではなく、ただ単純に設定した測定間隔時間の最後に測定したデータを計上するだけになります。

クリックするか否かで気温（温度）の測定基準の内容が変わりますのでご注意ください。

<訂正後の内容：「WeatherLink 5.5.1 日本語簡易取扱説明書(20060601)の画面27>

Average Temp Over Archive Period : 通常本機のデータベースは測定間隔の平均を数値データとして算出致します。

しかし気温（温度）に関しては「Enable」をクリックしないと、測定間隔の平均ではなく、ただ単純に設定した測定間隔時間の最後に測定したデータを計上するだけになります。

クリックするか否かで気温（温度）の測定基準の内容が変わりますのでご注意ください。

訂正前の状態で観測されているお客様におきましてはご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます。なお、ご不明な点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。

以上、宜しく願い申し上げます。

平成18年6月1日  
株式会社エーオーアール 気象機器部門